

Numer zapytania	Z1/1497/1
Tytuł zapytania	Serwis i kalibracja spektrometrów ze wzbudzeniem iskrowym
Kupiec prowadzący:	Chrapek, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-21 13:24:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-21 13:24:10
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-12 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-12 13:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Grupa Kęty S.A. zaprasza do składania ofert na serwis i kalibrację spektrometrów ze wzbudzeniem iskrowym.

Serwis i pełna standaryzacja spektrometrów wraz z wydaniem zaświadczenia.

Przegląd zgodny z procedurą producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wynikających ze stanu technicznego spektrometrów.

Spektrometry skalibrowane dla bazy Al

- Kalibracja dla Al niskostopowego
- Kalibracja dla Al-Si
- Kalibracja dla Al-Cu
- Kalibracja dla Al-Si-Cu
- Kalibracja dla Al-Zn
- Kalibracja dla Al-Mg
- Kalibracja globalna dla stopów Al

Spektrometr ARL 8860 (ARL iSpark OE-8860 Metal Analyzer) - szacunkowy zakres prac:

1. Wymiana wszystkich uszczelek o-ring w tym uszczelki głównej pod pokrywą, o-ringów.
2. Czyszczenie statywu.
3. Wymiana kompletu filtrów przeciwpylowych, rurki argonu, oleju w pompie próżniowej.
4. Regulacja i sprawdzenie systemu pomiaru próżni.
5. Czyszczenie, konserwacja, regulacja układu optycznego.
6. Sprawdzenie podzespołów (generator iskry, układ argonu).
7. Ustawienie odpowiednich wzmocnień dla fotopowielaczy, profilowanie.
8. Standaryzacja Al.

Spektrometr ARL 3460-3870 (Thermo Scientific ARL 3460 Metals Analyzer)-szacunkowy zakres prac:

1. Sprawdzenie, czyszczenie układu termostatykacji.
2. Kontrola szczelności układu argonu, kontrola przepływu, wymiana filtra wyjściowego.
3. Czyszczenie statywu, soczewki, wymiana uszczelek o-ring, czyszczenie izolatora kwarcowego, stolika analitycznego, komory spalania.
4. Kontrola wskazań napięć, wymiana kompletu filtrów przeciwpylowych.
5. Kontrola układu odprowadzenia ozonu.
6. Profilowanie.
7. Standaryzacja Al.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Serwis i kalibracja spektrometrów ze wzbudzeniem iskrowym		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie